

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU**Kryokontejnery****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ MESSER
Medicinální plyn, kryogenní
Oxygenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1,00 l plynu za standardních podmínek (1,013 bar, 15° C) obsahuje 1,00 l Oxygenum 100 % (V/V).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Medicinální plyn, kryogenní

1 litr kapalného kyslíku se odpaří na 853 l plynu za atmosférického tlaku a teploty 15° C.

Typ kryokontejneru :

Kryokontejner o vodní kapacitě x l obsahuje y l plynu při atmosférickém tlaku a teplotě 15° C.

Kryokontejner typ	Vodní kapacita x (l)	Objem y (l Oxygenum při tlaku 1 bar a teplotě 15°C)
Sanox 1,2 L Freelox	1	853
Sanox 32 L Freelox	29	24 737
Eurocyl 180 /24	186	158 658
Linde 7-KXSM-18	630	537 390
Eurocyl 600 /24	619	528 007
Eurocyl 450 /24	422	359 966
Kryogenní cisterna	24 560	20 949 680

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Inhalační podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

V místech, kde je používána terapie kyslíkem, je zakázáno kouření a používání nechráněného ohně.
Zabraňte kontaktu s olejem a mastnotou.

8. POUŽITELNOST

Použ. do: viz nálepka na kryokontejneru

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Cisterny nevystavovat teplotám nižším než -30 °C a vyšším než $+50\text{ °C}$.
Cisterny udržovat z dosahu hořlavého materiálu.

Kryogenní nádoby by měly být skladovány v dobře větraném prostředí vyhrazeném k uchovávání medicínálních plynů.

Kryogenní nádoby by měly být uchovávány pod zastřešením, udržovány v suchu a čistotě, z dosahu hořlavého materiálu, při teplotě od -30 °C do $+50\text{ °C}$.

Měla by být učiněna opatření k zabránění otřesů a pádů.

Během přepravy dopravními vozidly by nádoby měly být upevněny pásy proti pádu.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Po uplynutí doby použitelnosti vraťte kryokontejner výrobci.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Messer Technogas, s.r.o.
Zelený pruh 99
140 02 Praha 4
Česká republika Tel: +420/2/41008 100
Fax: +420/2/41008 140
IČ: 40764788

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 89/616/08-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže: Viz. nálepka na kryokontejneru

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Medicínální plyny smí být použity jen pro inhalaci podle instrukce lékaře.

Používejte pouze odběrová zařízení určená pro medicínální kyslík.

Zkontrolujte, že připojení k odběrovému zařízení je čisté a v dobrém stavu.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.